

Tekniske data

Fluke AC385/AC385-RGB SureGrip™ krokodilleklemmesett, CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V, 30A



Nøkkelfunksjoner

- klassifisert til CAT III 1500 V/ CAT IV 1000 V, 30A for bruk med høy spenning
- nikkelbelagte stålkjefter for holdbare, sikre tilkoblinger
- SureGrip™-design for bedre håndtering og grep i felten
- bred kjeftåpning med plass til store terminaler og ledere

Produktoversikt: Fluke AC385/AC385-RGB SureGrip™ krokodilleklemmesett, CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V, 30A

Fluke AC385 og AC385-RGB SureGrip™ krokodilleklemmesett er lagd for å gi kraftige og sikre tilkoblinger ved testing innen solkraft og høy spenning. Begge modeller er sikkerhetsklassifisert i henhold til CAT III 1500 V og CAT IV 1000 V, 30A. De robuste nikkelbelagte kjeftene sikrer pålitelig kontakt med ledere, mens den ergonomiske SureGrip™-designen gir overlegen kontroll, selv under utfordrende forhold. AC385-RGB-modellen har tre fargekodede klemmer for å forenkle jordfeiltesting innen solkraft, og de er kompatible med TL324-RGB testledninger.

Spesifikasjoner: Fluke AC385/AC385-RGB SureGrip™ krokodilleklemmesett, CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V, 30A

- sikkerhetsklassifisering: CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V, 30A
- kjeftåpning: opp til 36,7 mm
- kontakttype: 4 mm skjermet bananplugg
- driftstemperatur: -20 til 50 °C, 95 % relativ luftfuktighet
- forurensningsgrad: 2
- høyde over havet: opp til 3000 m

Modeller



AC385

AC385 SureGrip™ krokodilleklemmesett, CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V

Innhold:

- røde og svarte krokodilleklemmer med nikkelbelagte kjefter

AC385-RGB

AC385-RGB SureGrip™ krokodilleklemmesett, CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V

Innhold:

- røde, svarte og grønne krokodilleklemmer med nikkelbelagte kjefter

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2026 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
02/2026

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**